

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
AD.PR.04	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 3

1. **AMAÇ:** Hastanede bulunan tüm acil setlerinin acil durumlar için sürekli kullanılabilir ve hazır halde bulundurulmasını sağlamak.

2. **KAPSAM:** Bu prosedür bebek ve çocuk güvenliğini tehdit eden durumlarda hizmetlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

### 3. KISALTMALAR

### 4. TANIMLAR

**Acil Müdahale Seti:** Hastaya acil tıbbi müdahale için gerekli olabilecek ilaç ve ekipmanların yer aldığı seti ifade eder.

5. **SORUMLULAR:** Birim Set Sorumluları , Doktor , Ebe/Hemşire/ATT , Mavi Kod Ekibi

### 6. FAALİYET AKIŞI

Acil müdahale setinde asgari;

- Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için)
- Balon-valf-maske sistemi
- Değişik boylarda maske
- Oksijen hortumu ve maskeleri
- Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin boyları)
- Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp)
- Enjektörler
- Kişisel koruyucu ekipman bulunmalıdır. Acil müdahale setinde bulunması gereken ilaçlar, bölümün ihtiyacı ve hasta portföyüne göre belirlenmelidir.

Hangi bölümlerde, acil müdahale seti kapsamında defibrilatör bulundurulacağı, hastane tarafından belirlenmelidir.

### HASTANEMİZDE BULUNAN ACİL MÜDAHALE SETLERİNDE BULUNDURULMASI GEREKEN İLAÇ VE MALZEMELER

İLAÇLAR	MALZEMELER
ADRENALİN AMPUL	AİRWAY (SARI, YEŞİL, BEYAZ, MOR)
AMİNOCARDOL AMPUL	AMBU VE MASKESİ (ÇOCUK VE YETİŞKİN BOY)
ARİTMAL %2 AMPUL	ASPIRATÖR SONDASI (TURUNCU, YEŞİL, BEYAZ, SİYAH)
ATROPİN SÜLFAT AMPUL	ENTÜBASYON TÜPÜ (ÇOCUK VE YETİŞKİN BOY)

<b>DOKÜMAN KODU</b>	<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REVİZYON NO</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	<b>SAYFA /NO</b>
AD.PR.04	01.01.2019	0	-	Sayfa 2 / 3

<b>AVİL AMPUL</b>	<b>DEFİBRİLATÖR</b>
<b>BELOC AMPUL</b>	<b>ELEKTROT JELİ</b>
<b>CALCIUM AMPUL</b>	<b>ENJEKTÖR (5CC, 10CC)</b>
<b>CORDARONE AMPUL</b>	<b>FLASTER</b>
<b>DİLTİZEM AMPUL</b>	<b>FOLEY SONDA</b>
<b>DOBUDREX AMPUL</b>	<b>GUİDE (STİLE)</b>
<b>DİGOXİN AMPUL</b>	<b>İNTRAKET (MAVİ, PEMBE, YEŞİL)</b>
<b>DOPAMİN AMPUL</b>	<b>NAZAL KANÜL</b>
<b>EFEDRİNE AMPUL</b>	<b>KAN SETİ</b>
<b>İSORDİL 5MG TABLET</b>	<b>KAN GAZI ENJEKTÖRÜ</b>
<b>MAGNEZYUM AMPUL</b>	<b>LARİNGOSKOP SETİ VE YEDEK PİLLERİ</b>
<b>PERLİNGANİT AMPUL</b>	<b>NAZOGASTRİK SONDA</b>
<b>POTASYUM AMPUL</b>	<b>SERUM SETİ</b>
<b>PREDNOL 40 MG AMPUL</b>	<b>PAMUK</b>
<b>PREDNOL 250 MG AMPUL</b>	<b>TURNİKE</b>
<b>SODYUM BİCARBONAT AMPUL</b>	<b>OKSİJEN HORTUMU VE MASKELERİ</b>
<b>VENTOLİN NEBÜL</b>	<b>ÖNLÜK</b>
<b>İSOLAYT 1000 CC</b>	<b>NONSTERİL ELDİVEN</b>
<b>İZOTONİK 1000 CC</b>	<b>STERİL ELDİVEN</b>
<b>VOLÜVEN 500 CC</b>	<b>MASKE</b>
<b>İZOTONİK 100 CC</b>	<b>EL ANTİSEPTİĞİ</b>

**ACİL MÜDAHALE SETİ BULUNAN BİRİMLER VE SORUMLULARI:**

<b>BÖLÜM</b>	<b>SETİN BULUNDUĞU YER</b>	<b>SORUMLU PERSONEL</b>
<b>YATAKLI SERVİSLER (2. KAT-3.KAT)</b>	<b>HEMŞİRE OFİSİ</b>	<b>SORUMLU HEMŞİRE</b>
<b>YOĞUN BAKIMLAR</b>	<b>HEMŞİRE BANKOSU</b>	<b>SORUMLU HEMŞİRE</b>
<b>ACİL SERVİS</b>	<b>RESUSİTASYON ODASI</b>	<b>SORUMLU HEMŞİRE</b>
<b>DOĞUMHANE</b>	<b>DOĞU SALONU TEDAVİ ALANI</b>	<b>SORUMLU HEMŞİRE</b>

<b>DOKÜMAN KODU</b>	<b>YAYIN TARİHİ</b>	<b>REVİZYON NO</b>	<b>REVİZYON TARİHİ</b>	<b>SAYFA /NO</b>
AD.PR.04	01.01.2019	0	-	Sayfa 3 / 3

<b>5. KAT POLİKLİNİK</b>	<b>KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ</b>	<b>SORUMLU HEMŞİRE</b>
<b>LABORATUVAR</b>	<b>LABORATUVAR İÇİ</b>	<b>SORUMLU TEKNİSYEN</b>
<b>MAVİ KOD EKİBİ</b>	<b>AMELİYATHANE</b>	<b>SORUMLU ANESTEZİ TEKNİSYENİ</b>
<b>GÖRÜNTÜLEME</b>	<b>RÖNTGEN KAYIT</b>	<b>SORUMLU RÖNTGEN TEKNİSYENİ</b>

**TALİMATLAR:**

- Acil müdahale seti bulunan birimlerde acil müdahale setinin hazır halde bulundurulması belirlenen personel sorumluluğundadır.
- Acil müdahale seti kullanılacağı zaman gerekli yere götürülür ve işlem bittiğinde tekrar aynı yere konulur.
- Acil müdahale seti kilitli tutulmaz.
- Kullanılan ilaç ve malzemeler sayısal ve çeşit olarak acil müdahale seti ilaç ve malzeme listesi dahilinde en kısa sürede yerine konur.
- Acil müdahale setinde bulunan ilaç ve malzemeler her hafta set sorumlusu olarak belirlenmiş personel tarafından sayım yapılarak kontrol edilir, cihazların çalışıp çalışmadığına bakılır.
- Miad kontrolleri set sorumlu personeli tarafından yapılır. Miadı geçmiş ilaç bulundurulmaz. Miadına son 1 ay kalan ilaç acil müdahale setinden çıkarılır ve eczane'ye teslim edilir.
- Çift miadlı ilaç ve malzemelerde en yakın tarihli olan yazılır.
- Kontroller "**İlaç ve Sarf Malzeme Kontrol Formu**" na ve "**Crash Card Kontrol Formu**"na kaydedilir.

**7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

**7.1 İlaç ve Sarf Malzeme Kontrol Formu**

**7.2 Crash Card Kontrol Formu**

<b>HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU</b>	<b>KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ</b>	<b>ONAYLAYAN BAŞHEKİM</b>
--	--	-------------------------------