

DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.PR.02	01.01.2019	-	-	Sayfa 1/1
KONTROL EDEN			ONAYLAYAN	

1. AMAÇ

Laboratuvarda kullanılan tüm cihazların doğru ve zamanında sonuç verebilmek için tüm bakım ve kalibrasyon süreçlerini takip etmek.

2. KAPSAM

Laboratuvar teknisyenleri uzmanları ve hastane teknik servisi

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Tüm Laboratuvar teknisyenleri ve teknik servisi

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Laboratuvarda cihazların, marka, model, üretici firma, temin şekli ve laboratuvarında bulunduğu yer bilgilerini içeren envanter listesi bulunur.

6.2 Her cihaz için dosya hazırlanır. Dosyada; kullanım talimatı, kullanım kılavuzu veya CD'si , cihaza ait kalibrasyon kayıtları veya sertifikaları kalite kontrol sonuçları , cihaz bakım formları , arıza bildirim formları , firma iletişim bilgileri, kullanıcı eğitim sertifikaları bulunur.

6.3 Cihazların kullanım ve bakımı her bir cihaz için bulunan güncel talimatlara göre yetkili firma tarafından eğitim almış sertifikalı teknikerler tarafından yapılır.

6.4 Planlanan bakımlar, günlük, haftalık aylık olarak her cihaz için ayrı ayrı yapılır ve düzenlenen bakım formları ile, kayıt altına alınır.

6.5 Her sabah cihaz üzerindeki kitler, miktarları , miadları ,kalibrasyon ve iç kalite sonuçları bakımından kontrol edilir,uygunsuzluk varsa düzeltilir. Gerekirse yedek kitler miad kontrolleri yapılarak kullanıma hazır hale getirilir.

6.6 Günlük iç kalite kontrol ve kalibrasyonlar formlara kaydedilir. Cihaz üzerinde ve yedek kayıtlarla saklanır. Her test için belirlenen periyotlarda dış kalite kontroller çalışılır. Değerlendirmeler, dış kalite kontrol formları ile saklanır.

6.7 Kit karşılığı temin edilen cihazların rutin kalibrasyonları firma tarafından takip edilir. Firmanın yaptığı kalibrasyonlar servis tutanak formları ile saklanır.

6.8 Demirbaş olan diğer cihazlar hastane teknik servisi tarafından cihaz bakım ve kalibrasyon prosedürüne göre takip edilir. Yıllık planlamaya göre kalibrasyonları yapılır.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN		
BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM