

	LABORATUVAR İÇ VE DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMA TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
BL.TL.13	23.01.2013	-	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Laboratuvarlarda çalışılan testlerle ilgili olarak yapılan iç ve dış kalite kontrol programlarının düzenlenmesidir.

2. KAPSAM

Laboratuvar birimini kapsar

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Laboratuvar çalışanları

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Dış Kalite Kontrol

6.1.1 Testlerin, dış kalite kontrol programına tanımları ve kayıtları yapılır.

6.1.2 Aylık ya da belli periyotlarda kontrol materyalleri talimatlarına uygun olarak hazırlanır.

6.1.3 Numuneler, laboratuvarın rutin çalışmasına sırasında işleme alınır.

6.1.4 Sonuçlar, ilgili birim sorumlusu tarafından değerlendirilir.

6.1.5 Sonuçlar ilgili birim sorumlusu tarafından kontrol programına ait siteden internet aracılığı ile gönderilir.

6.1.6 Gelen dış kalite kontrol sonuçları değerlendirilir ve tüm sonuçlar ve '**dış kalite kontrol değerlendirme formu**' kayıt altına alınır.

6.1.7 Dış kalite kontrol sonuçlarının standartlara uygun olmaması durumunda birim sorumlusu tarafından düzeltici önleyici faaliyetler uygulanır.

6.2. İç Kalite Kontrol

6.2.1 Kalibrasyon gerektirecek her türlü hata durumunda gerekirse gün içinde tekrar iç kalite kontrol yapılır.

6.2.2 Değerlendirmede Levvy jenings kartı kullanılır

6.2.3 Çalışılan bütün testlerin her gün, rutin çalışmaya başlamadan önce gerekirse gün içi iki seviye iç kalite kontrolleri yapılır.

6.2.4 Birim Sorumlusu gerekli gördüğü durumlarda kalibrasyon ve kontrol sıklığını artırabilir.

6.2.5 İç kalite kontrol sonuçlarının standartlara uygun olmaması durumunda birim sorumlusu tarafından düzeltici önleyici faaliyetler uygulanır.

6.2.6 Yapılan kalibrasyon ve kontroller cihaz hafızasında geriye dönük olarak kayıt altına alınmakta ve takip edilir.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	BAŞHEKİM