

 ÖZEL ORDU Sevgi HASTANESİ	RÖNTGEN CİHAZI KULLANMA TALİMATI			
DOKÜMAN KODU	YAYIN TARİHİ	REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	SAYFA /NO
MC.TL.11	01.01.2019	0	-	Sayfa 1 / 1

1. AMAÇ

Hastanemiz Radyoloji birimine başvuran hastaların beklentilerine hızlı ve etkili cevap verebilmek için gerekli standartları belirlemek.

2. KAPSAM

Radyoloji teknisyenleri

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Radyoloji teknisyenleri

6. FAALİYET AKIŞI

6.1 Radyoloji bölümümüzde bize gönderilen hastaların radyolojik tetkikleri yapılır. Yataklı servis ve acil servisten gelen hastalara öncelik tanınır.

6.2 Gelen hastanın bilgileri protokol defterine işlenir ve bilgisayardan kontrol edilir. Kayıt işlemleri biten hastalar, kayıt sırasıyla çekim odasına alınırlar.

6.3 Çekilecek grafinin niteliğine göre ilgili vücut bölümünün hazırlanması için hastaya talimat verilir. Gereği halinde gömlek giydirilir.

6.4 Çekim öncesi röntgen masası ve akciğer stafının temiz olduğuna dikkat edilir.

6.5 Çekim yapılacak bölgede metal (madeni) herhangi bir şey olmadığından emin olunur.

6.6 Çekim yapılacak kasetin ilgili yerlerine yön işaretleri yerleştirilir. Kaset çekilecek grafiğe göre masaya veya akciğer stafine yerleştirilir.

6.7 Hastanın pozisyonu çekilecek grafinin niteliğine göre ayarlanır.

6.8 Mesafe ayarı yapılır. Kumanda masasına geçilerek KV. Ve MAS. değerleri ayarlanır. Çekim sırasında çekilen filmin niteliğine göre hastaya talimat verilir. Expojer butonuna basılarak çekim işlemi gerçekleştirilir. Hastaya çekim işleminin tamamlandığı söylenir.

6.9 Çekilen filmlerin banyoları röntgen teknisyeni tarafından yapılır. Filmler çekimden 3-4 dakika sonra kontrol edilerek hastaya verilir.

7. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

HAZIRLAYAN BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU	KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN BAŞHEKİM
--	--	-------------------------------